



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  
ФГУП ВНИИФТРИ



# СЕРТИФИКАТ

## о калибровке

1/205-0195-13

Средство измерений **Антенна рупорно- линзовая РВП31,7**

Заводской № **б/н** изготовитель **ЗАО «ИПА»**

Принадлежащее **ИПА РАН, г. Санкт-Петербург, ИНН 7813045434**


калибровано и на основании результатов калибровки признано годным к применению, в соответствии с эксплуатационной документацией.

Калибровка проведена с применением рабочего эталона РЭИА-2 и аппаратуры ГЭ 3.1.ZZT.0015.2012 в соответствии с методикой калибровки РПУА.411111.002 МП.

Условия проведения калибровки: температура воздуха: 21 °С,  
относительная влажность: 47 %,   
атмосферное давление: 734 мм рт. ст.

Действительные значения метрологических характеристик приведены в приложении.


Начальник НИО-2  
должность руководителя подразделения

  
подпись

В.А. Тищенко  
инициалы, фамилия

Поверитель



  
подпись

И.Е. Арсаев  
инициалы, фамилия

Дата калибровки  
Оттиск калибровочного клейма

«26» ноября 2013 г.

Тел: (495) 660-25-37 , тел/факс: (495) 526-63-13

СКН0009309