

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ФГУП ВНИИФТРИ



СЕРТИФИКАТ

о калибровке

1/205-0194-13

Средство измерений **Антенна рупорно-линзовая РВП20,4**

Заводской № **б/н** изготовитель **ЗАО «ИПА»**

Принадлежащее **ИПА РАН, г. Санкт-Петербург, ИНН 7813045434**

калибровано и на основании результатов калибровки признано годным к применению, в соответствии с эксплуатационной документацией.

Калибровка проведена с применением рабочего эталона РЭИА-2 и аппаратуры ГЭ 3.1.ZZT.0015.2012 в соответствии с методикой калибровки РПУА.411111.001 МП.

Условия проведения калибровки: температура воздуха: 21 °С,
относительная влажность: 47 %,
атмосферное давление: 734 мм рт. ст.

Действительные значения метрологических характеристик приведены в приложении.


Начальник **НИО-2**
должность руководителя подразделения


подпись

В.А. Тищенко
инициалы, фамилия

Поверитель




подпись

И.Е. Арсаев
инициалы, фамилия

Дата калибровки
Оттиск калибровочного клейма

«26» ноября 2013 г.

Тел: (495) 660-25-37 , тел/факс: (495) 526-63-13

СКН0009308